

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่1 major set no.1  
สำหรับใช้งานโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ  
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบค่าเสื่อม) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่๑ major set no.๑ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  
(ห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับใช้งานห้องผ่าตัด

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่๑ major set no.๑ จำนวน  
๑ ชุด สำหรับใช้งานห้องผ่าตัด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา :

๓.๑ เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำ  
สัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น  
บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจาก Stainless Steel คุณภาพสูงและสามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการ  
นึ่งไอน้ำแรงดันสูงได้ (Autoclave) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย



(นายอนุชิต ปิตะพรหม)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวกาลีทิพย์ จันทมงคล)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวจิราพร พัฒลากุล)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## ๕. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๕.๑. อุปกรณ์หนีบจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ Mayo-Hegar ปากเสริมทั้งสแตนคาร์ไบด์ จำนวน ๑๐ ชิ้น  
ความยาวรวม ๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๕.๒. อุปกรณ์ถ่างขยายแผล Parker Langenbeck ความยาว ๒๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ชิ้น
- ๕.๓. เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Senn-Miller ชนิดเขี้ยวหุ้ ความยาว ๑๖๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น
- ๕.๔. อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ Adson มีเขี้ยว ๑:๒ ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น
- ๕.๕. ขามรูปไต ๑๒" จำนวน ๑๒ ชิ้น
- ๕.๖. ถ้วยไอโอดีน ขนาด ๖ ออนซ์ จำนวน ๑๐ ชิ้น
- ๕.๗. กะละมัง ๗ ลิตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๕.๘. คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Pean ปลายโค้ง ขนาด ๒๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๖ ชิ้น
- ๕.๙. "ท่อดูดเลือดและของเหลวแบบ Frazier ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ชิ้น  
ความยาว ๑๙๕ มิลลิเมตร
- ๕.๑๐. คีมหนีบจับสำลีและก๊อชแบบ Foerster Forceps ปลายตรง ขนาด ๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๘ ชิ้น
- ๕.๑๑. อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ แบบ BABCOCK ขนาดความยาว ๑๗๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น
- ๕.๑๒. อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาด ๑๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น
- ๕.๑๓. ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดมีเขี้ยว ๑:๒ เขี้ยว ขนาดความยาว ๑๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น
- ๕.๑๔. ปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิด ไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาว ๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น
- ๕.๑๕. กรรไกรตัดไหมแบบ Standard ปลายตรง แบบปลายแหลม/ปลายป้าน ขนาด ๑๔๕ มิลลิเมตร  
จำนวน ๕ ชิ้น
- ๕.๑๖. คีมหนีบผ้าคลุมผ่าตัด แบบ Backhaus ขนาด ๑๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๕ ชิ้น
- ๕.๑๗. ด้ามมีด เบอร์ ๓ จำนวน ๒ ชิ้น
- ๕.๑๘. ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ ๔ จำนวน ๒ ชิ้น
- ๕.๑๙. อุปกรณ์ดูด-จ่ายของเหลวแบบ Yankauer ความยาว ๓๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๓ ชิ้น
- ๕.๒๐. กรรไกรแบบ Metzenbaum ปลายโค้ง แบบปลายป้าน/ปลายป้าน ขนาด ๑๘๐ มิลลิเมตร จำนวน  
๕ ชิ้น
- ๕.๒๑. ภาตสี่เหลี่ยมลึก ๑๗" จำนวน ๓ ชิ้น
- ๕.๒๒. คีมดึงช่วยคลอดแบบ Simpson ความยาว ๓๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น
- ๕.๒๓. อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อแบบ ALLIS ขนาดความยาว ๑๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น
- ๕.๒๔. กล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัด สำหรับไปนึ่งเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ชุด  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

## ๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑. รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี ยกเว้นความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานและการดูแลรักษาผิดวิธี
- ๖.๒. เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

(นายอนุชิต ปิตะพรหม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวกมลทิพย์ จันทมงคล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวจิราพร พัฒลากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ