

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก่ มือหมุนราวสแตนเลสยกขึ้น-ลง พร้อมเบาะ หมอน เสาน้ำเกลือ
ตู้ข้างเตียงและโต๊ะคร่อมเตียง

๑. คุณลักษณะเฉพาะเตียงเฟรมล้อ ๓ ไก่ ราวสแตนเลส ๔ ตอน

๑.๑ โครงสร้างหลักทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ปลอดภัย (พร้อมเอกสารรับรองเกรด ๓๐๔) ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๕ ซม. ยาว ๒๑๐ ซม. ความสูงรวมล้อและไม่รวมที่นอนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕/๗๒ ซม. (๙๕ x ๒๑๐ x ๔๕/๗๒)

๑.๒ คานเตียงส่วนบนทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ปลอดภัยขนาด ๔๐ x ๘๐ มิลลิเมตร พื้นเตียงทำจากแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร พร้อมเจาะรูระบายอากาศเป็นรูปวงรีขนาดความกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ x ๕๕ มิลลิเมตร

๑.๓ พนักหัว - ท้ายเตียง ทำจากสแตนเลสกลมแบบโค้งมน ตัวพนักสามารถยกถอดออกจากตัวเตียงได้ โดยง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ ในส่วนมุมของเตียงมีที่เสียบเสาน้ำเกลือทั้ง ๔ มุม

๑.๔ ราวกันเตียงสแตนเลสกลม แบบดิ่งสไลด์ขึ้น-ลง ๔ ราว ด้านละ ๒ ตอน มีกล่องครอบทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เสริมพลาสติกและยางรองกันกระแทกเพื่อความแข็งแรงไม่สั่นคลอนและพ่นน้ำหนัก ขณะยกราวกันเตียงมีความสูงไม่น้อยกว่า ±๔๘ เซนติเมตร แต่ละตอนยาวไม่น้อยกว่า ±๘๘ เซนติเมตร ยาวตลอดแนวเตียงไม่น้อยกว่า ±๑๘๕ เซนติเมตร มีซี่ลูกกรงต่อขึ้นไม่น้อยกว่า ๗ ซี่ เมื่อนำราวกันเตียงลง สามารถสไลด์เก็บมิดชิด โดยไม่ยื่นออกมาเกินพื้นเตียง เพื่อป้องกันการขึ้น-ลงเตียงผู้ป่วย และสะดวกในการนำรถเข็นเปลนอนมาเทียบเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปลดล็อคราวกันเตียงโดยการดึงตะขอเกี่ยว เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

๑.๕ ไก่หมุนเตียง สามารถปรับเฟรมล้อได้ ๓ ไก่ คือ ปรับระดับศีรษะยกเข้า และปรับความสูงของเตียง โดยระบบเฟืองโลหะสั่น แข็งแรง ทนทาน มือจับไก่หมุนจากโลหะแข็งแรงสามารถปรับได้ ๓ ระดับดังนี้

รูปแบบที่ ๑ ปรับระดับเอนหลังไม่น้อยกว่า ๐-๘๕ องศา

รูปแบบที่ ๒ ปรับระดับหัวเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๐-๓๕ องศาให้อยู่ในลักษณะงอขาได้

รูปแบบที่ ๓ สามารถปรับระดับขึ้น - ลง ในแนวดิ่ง ได้ไม่น้อยกว่า ๔๕-๗๒ เซนติเมตร

พร้อมระบบโซ้ค ๒ ตัว เพื่อช่วยผ่อนแรงในการปรับระดับ ขึ้น-ลง

๑.๖ ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หมุนอิสระทั้ง ๔ ล้อทำจากพลาสติกแข็ง (PP) โครงล้อทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ซุปโครเมียมป้องกันสนิม พร้อมระบบล้อคด้านบนทั้ง ๔ ล้อ ระบบหมุนล้อเป็นระบบแบร์ริงไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น เงียบและเบาต่อการเคลื่อนย้าย

๑.๗ โต๊ะคร่อมเตียงในตัวยึดติดกับตัวเตียง (Over bed) ๑ ชุด ฉีดขึ้นรูปเป็น ขึ้นด้วยพลาสติกจากวัสดุ PP (Polyethylene พร้อมเอกสารรับรอง) ง่ายต่อการเช็ดทำความสะอาดโดยไม่มีรอยต่อตรงตะเข็บข้างขนาด กว้าง ๓๖ ซม. ยาว ๙๒ ซม. และหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม. มีขาเบ้ นสแตนเลสกลมยึดติดกับตัวเตียง สามารถพับเก็บตรงปลายเตียงได้หากไม่ต้องการใช้งาน

๑.๘ เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

๑.๙ ส่วนของเบาะเบ้นที่นอนทำจากวัสดุฟองน้ำอัด หุ้มด้วยพลาสติก PVC สามารถถอดทำความสะอาดได้ ความหนา ๗.๕ เซนติเมตร

๑.๑๐ มีจุดเสียบเสาน้ำเกลือ ๔ จุด

๑.๑๑ มีตะขอสำหรับแขวนถุงปัสสาวะ ซ้าย-ขวาด้านละ ๒ จุด

๑.๑๒ มีที่สำหรับมัดมือผู้ป่วย ซ้าย-ขวาด้านละ ๒ จุด



(นางศัพณา ส่องแสง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสุภาภรณ์ สายมงคล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางกัญญาณี มาลาสาย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑.๑๓ เสา้ำน้ำเกลือแบบติดหัวเตียง ๑ เสา

๑.๑๔ หมอนชนิดก้นน้ำ ๑ ใบ

๑.๑๕ ตู้ข้างเตียงขนาด กว้าง ๓๖.๕ x ยาว ๔๔.๕ x สูง ๗๕ ซม. ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ มี ๑ ลิ้นชัก และประตู ๑ บาน แบบขอบพับ ๓ ด้าน ใส่ลูกล้อขนาด ๒"

๒. เงื่อนไขเฉพาะ

๒.๑ รับประกันสินค้า ๑ ปี หลังจากส่งมอบ หากผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายผู้เสนอราคาจะมีการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับแจ้ง

๒.๒ มีสติกเกอร์ของบริษัทติดที่ท้ายเตียงโดยมีที่ตั้ง เบอร์โทรติดต่อ หากเกิดกรณีผลิตภัณฑ์ชำรุด ทางบริษัทฯ จะได้มีการซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงทีหลังจากที่ได้รับแจ้ง

๒.๓ มี Serial number (SN) ติดที่โครงท้ายเตียงของแต่ละเตียงเพื่ออำนวยความสะดวกการตรวจสอบแหล่งที่มา และวันส่งมอบ

๒.๔ มีหนังสือรับรองอะไหล่เป็ นเวลา ๕ ปี และมีเอกสารรับรองการนำเข้าอะไหล่จากองค์การอาหาร และยา หรือ ออย.

๒.๕ มีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์

๒.๖ มีมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ ระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (ระบบสโคป การผลิต เพียงอย่างชัดเจน) มาแสดงในวันที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา



(นางศัพณา ส่องแสง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสุภาภรณ์ สายมงคล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางกัลยาณี มาลาสาย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ